

Resposta a la consulta sobre NOTA ACLARATORIA del Expedient de Contractació "Subministrament de reactius de bioquímica pel servei de laboratori de l'Espitau Val d'Aran gestionat per Aran Salut, juntament amb la cessió de l'ús de l'equipament necessari per la realització de les determinacions", Expte. 2016ASSUB04.

---

L'objecte del contracte és el subministrament de reactius, juntament amb la cessió d'ús de l'equipament necessari, per la realització de les determinacions. (clàusula primera PCAP).

Els criteris d'avaluació establerts destinats a la adjudicació de la oferta econòmicament més avantatjosa (80% puntuació a la oferta econòmica i 20% a les millores) ja indiquen clarament la preferència per les condicions de la oferta econòmica de les ofertes i no contemplem cap aspecte tècnic.

Els aspectes tècnics que figuren a la clàusula segona del PPT són requeriments tècnics d'accés i obeeixen a assegurar la capacitat i competència de la empresa pel compliment del subministrament en les condicions i qualitats pactades i no puntuen, simplement actuen com una variable discreta del tipus COMPLEIX/NO COMPLEIX.

Aquest procediment obert de contractació ha d'acceptar la possibilitat d'optar per diferents processos de producció per la realització de les determinacions (el subministrament del producte consumible, que és l'objecte del contracte), que són independents de la manera o sistema d'obtenció. Sempre que es pugui demostrar un nivell de qualitat i un rendiment en la "producció" de determinacions similars o superiors als requisits establerts, el licitant té la possibilitat d'accedir al procediment de contractació, subjecte a la resolució que doni la Mesa de Contractació sobre el compliment dels requisits tècnics, tal com ja vàrem expressar a la nostra "Nota Aclaratoria".

Vielha, 2 de desembre de 2016.

Joan Pena.