

PROCEDIMENT NEGOCIAT SABS2012EQU02

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte és el subministrament d'equipaments mèdic destinat a consultoris locals.

DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT:

LOT NÚM. 1 Desfibril·ladors semiautomàtics. (5 unitats).

LOT NÚM. 2 Equips digitalització electrocardiograma. (6 Unitats).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Descripció de característiques veure annex adjunt.

Embalatges:

- El proveïdor haurà de fer constar en la seva oferta la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes ofertats.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquest, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En cas de no complir-se aquests requisits la mercaderia podrà ser retornada.

Lloc de lliurament:

- Els material s'hauran de lliurar al Servei Aranés de Benèster e Salut, c/Espitau s/n. CP 25530 de Vielha.
- S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar i antelació al servei de compres.

Horari i dies de lliurament:

- De dilluns a Divendres de 8 a 15 hores.

Terminis de lliurament:

- Un mes després de la signatura del contracte de subministrament

Disposicions generals:

- L'Òrgan de Contractació La mesa valorarà com una avantatge positiva en el preu, i les característiques particulars dels equips.
- L'adjudicatari està obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.

Albarans de lliurament:

- Cada lliurament anirà acompanyat dels seus albarans corresponents. No es permeten lliuraments parcials d'un lot.
- A l'albarà s'hi ha d'identificar clarament:
 - Número d'expedient.
 - Referència de l'article.
 - La quantitat servida.
 - El nom del producte.
- Tots els albarans han d'estar valorats.
- Tot lliurament no acompanyat dels corresponents albarans no serà recepcionat.

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

ANNEX
PLEC DE PRESCRIPCIÓ TÈCNIQUES SABS2012EQU02

LOT NÚM 1: DESFIBRILADORS SEMIAUTOMÀTICS (5 UNITATS).

DESCRIPCIÓ: DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC AMB CONNEXIÓ ESTÀNDARD. COMPACTE. DE ENERGIA BIFASICA AMB ADAPTACIÓ DE ENERGIA, DURACIÓ I VOLTATJE DE SORTIDA EN FUNCIÓ DE LA IMPEDÀNCIA DEL PACIENT

FUNCIONS BÀSIQUES CONFIGURABLES.

Seqüència de sortida fins a 360 J, configurable per l'usuari.

CAPACITAT DE MONITORITZACIÓ, amb cable de tres terminals,
Software de l'equip.

ALGORITME PER ANUL·LAR IMPULS INAPROPIATS I DE MARCAPASSOS.

SISTEMA DE DETECCIÓ DE CANVIS DE IMPEDÀNCIA.

Sistemes de protecció elèctric i de seguretat d'acord amb normativa IEC60601

LOT NÚM 2: Equips Electrocardiògraf Digital de 12-15 Derivacions amb mòdul d'adquisició.

Quantitat: 6 unitats.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS.-

Electrocardiògraf de 12-15 Derivacions basat en PC desenvolupat per entorn Windows.

Adquisició simultània de 12 ó 15 Derivacions.

Adquisició de tires fins 59' de 12 ó 15 derivacions contínues.

Connectivitat mitjançant ports sèrie RS-232C, connexió Ethernet, ports USB i Modem.

Base de dades local.

PC portàtil.

Carro de transport i braç suport i safates laterals.

Client DICOM i Servidor.

Visualització de totes les derivacions en pantalla i formats configurables.

Control de impedàncies de contacte de los elèctrodes.

Impressió laser en formats seleccionables pel usuari en DIN A4.

Programes automàtics de mesures d'interval.

ESPECÍFICS.-

Adquisició i visualització de 12-15 Derivacions simultànies a través de mòdul de pacient amb registre en impressora laser en DIN A4

Mòdul d'adquisició amb tecles dedicades.

Mòdul de treball automàtic, tires de ritme i detecció automàtica de arítmies.

Adquisició amb freqüències de 0,5 ó 1KHz.

Velocitat de registre de 5, 12,5, 25 i 50 mm/s.

Sensibilitat ajustable de 5, 10, 20 i 40 mm/mv.

Pantalla de visualització fins 15 canals amb format associat al hardware seleccionat per l'usuari.

Memòria d'arxiu limitada únicament pel hardware seleccionat.

Base de dades de pacient .

Llista de procediments, medicació, dades pacient ... programables por l'usuari.

Memòria d'emmagatzematge local o servidor en xarxa.

Connectivitat a través de connexió RJ45 Ethernet.

Funcionament a xarxa i/o bateries.

Exportació automàtica a formato pdf. xml, Dicom
Programa de medicíó de impedància de contacto dels elèctrodes.
Programa de Mesures automàtiques 12SI.
Anàlisi amb ajust manual d'interval de medicíó
Eina de comparació de electrocardiogrames. Superposició de bategats per detectar canvis de morfologies.
Informe final/Llista de treball DICOM exportable en format DICOM.
interfase bidireccional pot rebre dades de pacient, de procediment altres dades procedents d'equips de gestió de comandes DICOM.
L'exportació de dades DICOM.
Connexió a LAN (DCOM).

Exportació dades formats XML/Excel i PDF