

PROCEDIMENT NEGOCIAT SABS2012EQU1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte és el subministrament d'equipaments mèdic amb destí Espitau Val d'Aran. Programa de cribatge de càncer de colon.

DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT:

EQUIP DE VIDEOCOLOSCOPI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Descripció de característiques veure annex adjunt.

Embalatges:

- El proveïdor haurà de fer constar en la seva oferta la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes ofertats.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquest, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En cas de no complir-se aquests requisits la mercaderia podrà ser retornada.

Lloc de lliurament:

- Els material s'hauran de lliurar al Servei Aranés de Benèster e Salut, c/Espitau s/n. CP 25530 de Vielha.
- S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar amb antelació al servei de compres.

Horari i dies de lliurament:

- De dilluns a Divendres de 8 a 15 hores.

Terminis de lliurament:

- Un mes després de la signatura del contracte de subministrament

Disposicions generals:

- L'Òrgan de Contractació La mesa valorarà com una avantatge positiva en el preu, i les característiques particulars dels equips.
- L'adjudicatari està obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.

Albarans de lliurament:

- Cada lliurament anirà acompanyat dels seus albarans corresponents. No es permeten lliuraments parcials d'un lot.
- A l'albarà s'hi ha d'identificar clarament:
 - Número d'expedient.
 - Referència de l'article.
 - La quantitat servida.
 - El nom del producte.
- Tots els albarans han d'estar valorats.
- Tot lliurament no acompanyat dels corresponents albarans no serà recepcionat.

SABS2012EQU01
SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT
ANNEX
PLEC DE PRESCRIPCION TÈCNIQUES

ADQUISICIÓ D'UN EQUIP DE COLONOSCÒPIA. Amb els següent components,

Videoprocessador d'alta definició multidisciplinari universal amb capacitat d'observació del patró vascular i estructures de la mucosa.

Compatible amb videoendoscòpis, videolaparoscòpis i òptiques de diferents especialitats.

Compatibilitat amb sistemes de captura de imatges i sistemes integrats

Funció de congelació que permeti la selecció de la imatge de més qualitat de resolució.

Mínim 11 sortides possibles:

- Monitor Out: (RGB/S, YPbPr, Y/C, Compuesto)
- Printer Out: (RGB/S, YPbPr)
- 2xSDI-out: (HD-SDI, SDI)
- 1 x Y/C
- 1 x Compuesto
- 1 x IEEE-1394

Ha de incorporar com a mínim 15 configuracions d'usuari como suport en les intervencions endoscòpiques; escalat a HDTV para los videondoscòpis amb chip estàndard, ha de permetre la Identificació del endoscopi, i característiques tècniques del videoendoscopi connectat.

Compatible amb el sistema de gestió d'informes permetent la captura d'imatges de vídeo i fotogràfiques des de el control de comandament, teclat o memòria USB

Format de Sortida en 16:9, 16:10 o 4:3 en HDTV, compatible amb transmissió de dades analògiques, HD-SDI i DVI

Ha de permetre la gravació de digital a digital de las imatges fotogràfiques i de vídeo.

Ha de permetre modus Picture-in-Picture per cualsevol combinació d'imatges endoscòpiques, fluoroscòpiques, d'ultrasò i laparoscòpiques.

Ha de permetre la identificació de l'endoscopi per millor gestió del servei y expansió del sistema a noves generacions

Ha de permetre format de gravació "TIFF": sin comprimir, JPEG (1/5): aprox. 1/5 compressió, JPEG (1/10): aprox. 1/10 Compressió

Font de llum Xènon Ha d'incorporar filtres especials para NBI (Narrow Band Imaging).

Ajust automàtic d'intensitat de la llum per una il·luminació adient per l'observació i diagnòstic. A més d'aquesta regulació automàtica també ha incorporar una regulació manual.

Ha de incorporar la funció Focus de llum, donat potencia màxima de lluminositat, per processos de gastrostomia percutànea o per la detecció del punt d'inserció abdominal.

Panel Indicador vida útil de la llum xènon i avis d'ús llum d'emergència.

Sistema automàtica connexió llum d'emergència.

Compatible amb videoendoscòpis d'alta definició HDTV 1080i, alta resolució, videolaparoscòpis, i òptiques de diferents especialitats.

Monitor Ha de disposar sistema de reproducció de colors reals amb tecnologia 3D LUT de 10 Bits

Com a mínim ha de disposar senyal HDTV1920 x 1200 línees. WUXGA. Relació Aspecte 16:10

SABS2012EQU01

Com a mínim ha de disposar de un angle de visió de 178°/178°, amb funció imatge PIP

Imprescindible uso línea mèdic

Entrada:

2 SDI , 2 DVI, 1 RGB/YPbPr , 1 VGA, 1 S-Vídeo y 1 compuest

Sortida:

2 SDI , 2 DVI, 1 RGB/YPbPr , 1 VGA, 1 S-Vídeo y 1 compuest

Videogastroscòpi alta definició.- Ha de disposar com a mínim de un camp de visió de 140°.

Angulació 210° a dalt, 90° a baix / 100° dreta-esquerra / Diàmetre canal treball de 2,8 mm

Compatible amb videoprocessador i font de llum sol·licitats.

Ha disposar de un chip "ccd" HDTV 1080i (Broadcasting).

Ha de disposar de canal exclusiu para la injecció d'aigua.

Ha de disposar de un diàmetre del extremo distal de 9,9 mm

Compatible amb la tècnica NBI.

Ha de disposar de zoom òptic electrònic de 1,5x (70x).

Ha de disposar la possibilitat de distintes configuracions des de el control de comandament

Ha de disposar de una profunditat de camp màxim de 2mm a 6mm (near) i focus 5-100mm

Videocolonoscopi.- Ha de disposar com a mínim d'un camp de visió de 170°

Ha de disposar de una profunditat de camp de 2mm a 6mm (near) i focus 5 -100mm.

Ha de disposar d'un diàmetre de l'extrem distal de 12,8 mm

Ha disposar de un chip "ccd" HDTV 1080i (Broadcasting).

Ha de disposar de canal exclusiu per la injecció d'aigua.

Ha de disposar d'un sistema que faciliti la inserció amb possibilitat de variar la rigidesa del tub de inserció.

Ha de disposar d'angulacions de 180° dalt i baix / 160° dreta e esquerra / Diàmetre canal treball mínim de 3,7 mm

Compatible amb la tècnica NBI.

Ha de disposar de zoom òptic electrònic mínim de 1,5x (70x).

Compatible amb el videoprocessador i font de llum sol·licitats.

Ha de disposar la possibilitat de distintes configuracions des del control de comandament

Insuflador Unitat d'injecció de CO2 per les tècniques endoscòpiques, amb temporitzador de seguretat incorporat, ha de permetre connexió al sistema gasos existents en el Hospital i ampolla autònoma de CO2

Bomba injecció d'aigua per tècniques endoscòpiques, amb capçal de 4 corrons desmuntables, compatible amb els videoendoscopis

Ha de permetre la connexió a los videoendoscopis, via canal biòpsia y canal específic d'injecció.

Carro de transport amb braç suport per monitor i 2 videoendoscopis i amb capacitat d'allotjament del videoprocessador, font de llum, bomba d'injecció, i insuflador.

Rodes amb fre de seguretat.

Amb transformador i interruptor de seguretat i general dels equips.
