

PROCEDIMENT NEGOCIAT SABS2012EQU3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte és el subministrament d'equipaments mèdic amb destí Espitau Val d'Aran.

DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT:

RETINOGRAF NO MIDRIATIC

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Descripció de característiques veure annex adjunt.

Embalatges:

- El proveïdor haurà de fer constar en la seva oferta la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes ofertats.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquest, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En cas de no complir-se aquests requisits la mercaderia podrà ser retornada.

Lloc de lliurament:

- Els material s'hauran de lliurar al Servei Aranés de Benèster e Salut, c/Espitau s/n. CP 25530 de Vielha.
- S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar amb antelació al servei de compres.

Horari i dies de lliurament:

- De dilluns a Divendres de 8 a 15 hores.

Terminis de lliurament:

- Un mes després de la signatura del contracte de subministrament

Disposicions generals:

- L'Òrgan de Contractació La mesa valorarà com una avantatge positiva en el preu, i les característiques particulars dels equips.
- L'adjudicatari està obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.

Albarans de lliurament:

- Cada lliurament anirà acompanyat dels seus albarans corresponents. No es permeten lliuraments parcials d'un lot.
- A l'albarà s'hi ha d'identificar clarament:
 - Número d'expedient.
 - Referència de l'article.
 - La quantitat servida.
 - El nom del producte.
- Tots els albarans han d'estar valorats.
- Tot lliurament no acompanyat dels corresponents albarans no serà recepcionat.

SABS2013EQU03

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

ANNEX

PLEC DE PRESCRIPCION TÈCNIQUES

LOT NÚM 1: Unitat exploració ultrasons.

I els següent components i especificacions,

Sistema de ecografia digital de multiplicació per l'obtenció d'imatges d'alta resolució d'estudis abdominals, obstètrics/ginecològics i altres.

Modo 2D i Modo M

Monitor color d'alta resolució d'imatges doppler color. Mesures doppler fetal. Pulsed Wave Doppler. Potència i teixit

Gama de transductors sondes convex 70º visió, lineal, endocavitaria de 133 º totes amb kit per biopsies. vaginal multifreqüència i mòdul cardiològic.

Seguiment segon etapa part

Gestió de dades taules actualitzades d'Obstetrícia i Ginecologia. i programari

Reports *on line* de totes les ecografies d'obstetrícia 1er, 2on i 3er. Trimestre.

Exàmens ginecològics reports imatges i gràfics.

Second *look* i estimació pes fetal. Ratis.

Elastografia

VCI avançat, mesura de NT automàtic, zoom HD,

En cor fetal STIC, imatges de volum sono VCAD, modo M de anatomia, 6 talls

Connexió Internet t soporte on line con comunicacions i respostes.

Entrenament, i educació, suport manteniment immediat, canvi de sondes.

Eco fetal de cardio (4 camares, fluxe sortida , tricuspide Mitral, etc.

Obstetrícia *Z scores*

Impressora carro de transport i accessoris, CINE

Capacitat d'actualització i ampliació futura i canvis de programari.

LOT NÚM 2: Generador de radiofreqüència.

Ressonància quàntica molecular de alta radiofreqüència combinada, onda principal a 4 Mhz i següents a 8,12, i 16 Mhz i amplitud decreixent i augment de freqüència .

Sortida bipolar per reducció de teixit i sortida unipolar de tall i coagulació.

Control visual i acústic de impedància, activitat i alarma.

SABS2013EQU03

LOT NÚM. 3 : RETINOGRAF NO MIDRIÀTIC. Amb els següent components,

Software captació base de dades i capacitat per incorporar altres aparells

Emmagatzematge en pacs via DICOM

Formats d'imatge, DICOM, JPG, TIFF

Càmera fotogràfica integrada

Monitor color per captura d'imatges en el cos de l'equip

Qualitat mínima d'imatge 8Mpixels

Possibilitat bolcat imatges en memòria USB o tarja sense necessitat d'ordinador

Captura amb o sense IR

Possibilitat captura amb pupil·les fins a 3.3mm amb sistema diafragma

Ajudes a la captura autoenfoc/autodisparo/autoexposició

Angle de captura 45º

Diàmetre pupil·lar 3.3mm

Detecció automàtica ull dret o esquerrà

Rang de correcció: sense lents -13D a +12 D

Amb lents negatives: -12D a -33D

Amb lent positives : +9D a +40D

Intensitat flash graduable en nou passos.

Taula d'elevació elèctrica motoritzada

Ordinador

Monitor panoràmic 22"

Impressora raig de tinta

Taula per equipament informàtic
